CONNECTED OR HUB
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente el manual de funcionamiento en especial las advertencias.
- El uso de este dispositivo está limitado a profesionales sanitarios cualificados que tengan conocimiento del uso de este equipo y de los dispositivos a los que conectarse.
- Saque la unidad del embalaje con cuidado y asegúrese de que no se haya dañado durante el transporte. Si detecta cualquier daño, póngase en contacto con el representante.
- Compruebe este equipo antes de utilizarlo en una intervencion quirurgica. Esta unidad se ha comprobado completamente en la fabrica antes de su envió; no obstante, debe comprobarse que funcione correctamente en el entorno y con la configuración en los que se utilizara.
- Debe evitarse el uso de este equipo adyacente a otro equipo o apilado con el mismo, ya que esto puede afectar negativamente al funcionamiento. Si se necesita usarlo así, se deben observar tanto este como el otro equipo para verificar que funcionan normalmente.
- Los equipos portátiles de comunicaciones por RF (incluidos periféricos como cables de antena y antenas externas) deben utilizarse a una distancia no inferior a 30 cm de cualquier parte del Connected OR Hub, incluidos los cables especificados por el fabricante.
- Para evitar el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, utilice únicamente un cable de alimentación específico para hospitales suministrado junto con la unidad.
- Para evitar el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a una toma de alimentación con conexión a tierra de protección.
- No sitúe la consola de forma que resulte difícil desconectar el cable de alimentación de la toma.
- No conecte este equipo por medio de una regleta múltiple.
- Asegúrese de que todos los equipos conectados al Connected OR Hub estén correctamente conectados a tierra (y aislados, en caso de que sea necesario).
- Para evitar el riesgo de que se produzca un incendio, no utilice el Connected OR Hub en presencia de anestésicos inflamables.
- No utilice cables o accesorios que no sean los suministrados junto con el Connected OR Hub, dado que esto podría mermar el rendimiento.
- No intente realizar reparaciones o ajustes internos que no se detallen de manera expresa en el correspondiente manual de funcionamiento.
- Preste especial atención a las instrucciones de cuidado y limpieza especificadas en este manual. Si no se siguen estas instrucciones, el productopodría resultar dañado.

Más Informácion: www.srtyker.com

DESCRIPCIÓN Y USO PREVISTO

El Connected OR Hub es un sistema completo de documentación de quirófano. Diseñado para transferir,almacenary mostrar de forma electrónica datos de dispositivos médicos, independientemente de las funciones o los parámetros de cualquier dispositivo médico conectado, así mismo puede convertir los datos de dispositivos médicos de un formato a otro, de acuerdo con las especificaciones predefinidas. Puede utilizarse como pantalla secundaria con dispositivos médicos regulados y no está pensado para calcular o modificar ningún dato recibido ni para emitir un diagnóstico primario o tomar decisiones de tratamiento. No se ha diseñado para utilizarlo para la supervisión activa de los pacientes.

DATOS TÉCNICOS

CONDICIONES ELÉCTRICAS	
Consumo Energía	100–240 VCA ~50–60 Hz
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	
Temperatura	10°C a 40°C
Humedad relativa	25% a 75%
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	
Temperatura	-18°C a 60°C
Humedad relativa	15% a 90 %
MEDIDAS	
Dimensiones	33 cm x 43,2 cm x 15,2 cm
Peso	8,8 kg
PANTALLA	LCD TFT de 8”, con pantalla táctil digital
IMAGEN	
Resolución	XGA:1024X768 / SXGA:1280×1024 Alta definición 720: 1280 × 720. Alta definición 1080: 1920 × 1080. Ultraalta definición 4K: 3840 × 2160
Formatos	Mapa de bits (BMP), grupo conjunto de expertos en fotografía (JPG-JPEG), JPEG2000, formato de archivo de imágenes con etiquetas (TIFF), Truevision Targa (TGA), gráficos de red portátiles PNG
ENTRADA DE VIDEO	(1) DVI (1) RGBHV (a través de conectores DVI-I) (3) HDMI
SALIDA DE VIDEO	(1) DVI (a través de conectores DVI-I) (3) HDMI

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de FCC establecidos para unentorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de20 cmentre el radiador y sucuerpo.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

- Este producto no es esterilizable.
- Desconecte el equipo de la fuente de energía antes de limpiarlo.
- No sumerja la consola en ningún líquido.
- No rocíe el líquido de limpieza directamente sobre la consola, los botones de encendido o los conectores. Rocíe el líquido de limpieza sobre un paño y use el paño para frotar la consola. No empape el paño.
- No deje que gotee liquido sobre la consola ni que se acumule en ninguna de sus superficies. Extreme la precaución para evitar que el líquido gotee o se acumule en la parte inferior de la pantalla LCD.
- No limpie la consola con productos abrasivos ni con soluciones de limpieza corrosivas.
- No limpie la consola con una toallita empapada.
- No utilice soluciones de limpieza corrosivas para limpiar el sistema
- Limpie y desinfecte la consola con una toallita germicida desechable (oun paño estéril).
- Inspeccione visualmente la superficie externa del Connected OR Hub para comprobar si está limpio, fijándose especialmente en las zonas de difícil acceso. Si continua habiendo residuos visibles, repita la limpieza y desinfección hasta eliminar toda la suciedad visible.

DISPOSICIÓN FINAL

Este producto contiene residuos de equipos eléctricos o electrónicos. No debe desecharse como residuo ordinario y debe recogerse por separado de acuerdo con las políticas aplicables en cada país, referente a equipos electrónicos obsoletos.
Deseche accesorios del sistema de conformidad con las prácticas hospitalarias habituales que rigen la eliminación de artículos potencialmente contaminados.

DATOS REGULATORIOS

Planta de Manufactura : Stryker Endoscopy, San Jose, California. USA
País de Origen: Estados Unidos

Clasificación de riesgo : IIa

PRESENTACIÓN COMERCIAL

UNIDAD
CONTENIDO: (1) Consola Connected OR Hub Ref: 0240-200-100. (4)Cable BUS serie de 1,8 m con conexion USB A-B Ref: 0105187988. (1) Cable HDMI de alta velocidad 2M Ref: P39077. (1) Cable adaptador de HDMI de alta velocidad a DVI, 2M Ref: P32235. (1) Cable de alimentación especifico para hospitales Ref: 0105033001

EMPAQUE: Caja corrugada, con Set de espuma para protección y bandeja de cartón.

VIDA ÚTIL Y REUSO

Vida útil prevista de cuatro años (4) y ésta dependerá del buen uso por parte del usuario y del mantenimiento preventivo que se le realice al equipo, de acuerdo a lo indicado en su manual de uso. Es un dispositivo reutilizable no estéril.

Documento exclusivo para uso promocional e informativo por profesionales de la salud. Las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Para más información consulte www.stryker.com.